HBsAg CONFIRMATORY TEST

Aplicación:

El ensayo HBsAg Confirmatorio se basa en el principio de neutralización y se emplea para la confirmación de muestras positivas con el UMELISA® HBsAg PLUS.

Forma de presentación:

UM 2003 - C: 20 pruebas

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL ENSAYO

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

HBsAg CONFIRMATORY TEST	ORGANON POSITIVOS	ORGANON NEGATIVOS	TOTAL
POSITIVOS	244 (VP)	0 (FP)	244
NEGATIVOS	0 (FN)	29 (VN)	29
TOTAL	244	29	273

VP

$$\text{Sensibilidad } \frac{\text{VP}}{\text{VP} + \text{FN}} \times 100 = 100 \%$$

VP + FN

VN

$$\text{Especificidad } \frac{\text{VN}}{\text{VN} + \text{FP}} \times 100 = 100 \%$$

VN + FP

Donde:

VP: Verdaderos Positivos

VN: Verdaderos Negativos

FP: Falsos Positivos

FN: Falsos Negativos

[Consultar Instructivo](#)

Fuente: <http://www.tecnosuma.com/Informacion/htm/UM2003C.htm>