¿Cómo verificar que la precisión de un monitor de presión arterial se haya evaluado apropiadamente?



¿Por qué necesita usar un monitor de presión arterial que sea preciso?

La medición imprecisa de la presión arterial podría conducir a un diagnóstico incorrecto y a un tratamiento inapropiado y consecuentemente se puede desaprovechar la oportunidad de reducir el riesgo de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular.

Existen muchos monitores imprecisos

Hay más de 3000 monitores de presión arterial disponibles, pero menos del 15% de estos han sido evaluados adecuadamente para su precisión.



SOLO UTILICE MONITORES RECOMENDADOS POR LOS REGISTROS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN(GRATUITOS)

Elija el registro de su país, si existiera, o un registro general

Registros específicos de país

Haga clic en el país correspondiente y siga sus instrucciones

- Reino Unido
- Irlanda
- Canadá
- Alemania
- Japón
- Estados Unidos de América

Registros generales

STRIDE BP es un registro de monitores de presión arterial que incluye únicamente monitores validados. Siga las instrucciones detalladas sobre cómo buscar este registro en la página 2.

<u>Medaval</u> incluye monitores de presión arterial validados y no validados. Siga las instrucciones detalladas sobre cómo buscar este registro en la página 3.



ZRICOS Provider Code 00586B







Cómo verificar que la **precisión** de un **monitor de presión arterial** se haya **evaluado correctamente** utilizando el **registro STRIDE BP**



GUÍA PASO POR PASO

Search LS-810 Population Use Manufacturer dispositivo', entonces no se recomienda utilizar el monito		www.stridebp.org/ u navegador web.	۵	△ https://s	stridebp.org/bp-monitors		
Alternativamente, ingrese el nombre del fabricante del monitor y desplácese hasta que encuentre el modelo del monitor en la lista. Si el monitor aparece bajo la lista de "Descripción del dispositivo", entonces este se ha validado. Blood pressure monitors Search LS-810 Produttor West description A&D Um-201 Device Description A&D Um-201 Si "no se encontraron resultados" bajo 'Descripción de dispositivo', entonces no se recomienda utilizar el monitore recomienda reco	modelo exacto d	el monitor en el	monitor en el				
lista de "Descripción del dispositivo", entonces este se ha validado. Blood pressure monitors Search LS-810 Population Marufacturer Marufacturer Marufacturer Marufacturer Marufacturer Si "no se encontraron resultados" bajo 'Descripción de dispositivo', entonces no se recomienda utilizar el monito	del fabricante del desplácese hasta	monitor y que encuentre el	Device D	escription	Measurement site		
Search LS-810 Population V Use V Manufacturer V Tescultados" bajo 'Descripción o dispositivo', entonces no se recomienda utilizar el monito	lista de "Descripc dispositivo", ento	ión del					
	·	onitors	r e d	resultados" bajo 'Descripción del dispositivo', entonces no se			
No results found. Upper arm	Device Description	Measurement site	· ·	ecomienda	utilizar el monitor		

No te dejes tentar por marcas, precios o reseñas

Consejo: La función de búsqueda es muy sensible. Cualquier error menor en el nombre del fabricante del monitor o en el nombre del modelo conllevará a que no se encuentre el monitor, incluso si está validado.



Consejo: Si no se puede encontrar el nombre del fabricante o el modelo del monitor, es poco probable que el monitor haya sido validado









Cómo verificar que la **precisión** de un **monitor de presión arterial** se haya **evaluado correctamente** utilizando el **registro Medaval**




GUÍA PASO POR PASO

01 BUSCAR

Google* la marca y modelo del monitor de presión arterial, junto con la palabra "Medaval".

*o cualquier otro motor de búsqueda



02 MIRA

Busque y haga clic en el enlace con la evaluación Medaval del monitor. Ignora cualquier otro material publicitario que pueda aparecer en los primeros impactos medaval.ie → device → ad-um-201 ▼

A&D UM-201 Blood Pressure Monitor - Medaval

The A&D UM-201 is a clinically validated and taken from the upper arm and it is intended for

03 CHEQUEE

Desplácese hacia abajo hasta el informe de evaluación de precisión. Busque la evaluación y la recomendación de Medaval.

Assessment:

The technology used in the A&D UM-201, to measure blood prevalidation study, in a general population, according to a recognispublished in a peer-reviewed publication.

Accuracy Assessment	Recommendation		
Medaval	★★ Recommendation	Re	
ivieuavai	* * Recommendation	re	

No te dejes tentar por marcas, precios o reseñas

Consejo: Si no se puede encontrar el nombre del fabricante o el modelo del monitor, es poco probable que el monitor haya sido validado



Consejo: Medaval utiliza diferentes de grados de estrellas, pero cualquier monitor debidamente validado puede ser recomendado, independientemente de la cantidad de estrellas.







