
OPS Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

KIT PARA PROCEDIMIENTOS DE TAMIZAJE ANTE LA SOSPECHA DE ÉBOLA*




GAFAS PROTECTORAS



MASCARILLA QUIRÚRGICA**



BATA



GUANTES



RESIDUOS



CAJA DE SEGURIDAD CORTO PUNZANTES

BOLSAS PARA RESIDUOS BIOLÓGICOS



*Este cálculo es una estimación para dos personas que realicen el tamizaje durante 40 días. Se recomienda adaptarlo a las necesidades y capacidades de cada país.
**Respirador N95 o FPP2: usar de acuerdo a la evaluación de riesgo y de acuerdo a la exposición.

OPS Organización Panamericana de la Salud | Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

KIT PARA PROCEDIMIENTOS DE TAMIZAJE ANTE LA SOSPECHA DE ÉBOLA

40 DÍAS

Artículos	Cantidades (unidad)	Descripción	Requisitos técnicos
 **GAFAS PROTECTORAS**	**40**	• De policarbonato o material similar. • Cubren los ojos y las áreas circundantes. • Se adaptan a los anteojos graduados. • Ventilación indirecta. • Banda ajustable.	Directiva estándar de la UE 86/686/EEC, EN 166/2002, ANSI/ISEA Z87.1-2010, o Equivalente
 **RESPIRADORES****	**60**	• Resistencia elevada a los fluidos. • Su forma impide que el respirador caiga fácilmente contra la boca.	NIOSH N95, EN149 FFP2 Resistencia a los fluidos: presión mínima de 80mmHg basada en ASTM F1862, ISO 22609
 **MASCARILLAS QUIRÚRGICAS****	**200**	• Elevada resistencia a los fluidos. • La cara interna y la externa deben estar identificadas con claridad. • Su forma impide que el respirador caiga fácilmente contra la boca.	EN 14683 Tipo II R rendimiento: ASTMF 2100 F nivel 2 o 3. Resistencia a los fluidos: presión mínima de 120 mmHg basada en las normas ASTM F1862-07, ISO 22609, o equivalentes Respirabilidad: MIL–M- 36945C, EN 14683 anexo C, o equivalente Eficiencia de filtración: norma ASTM F2101, EN14683 anexo B, o Equivalente
 **BATAS**	**100**	• Uso único. • Largo, mitad de la pantorrilla para cubrir la parte superior de las botas. • Tamaños M, L, XL.	Resistente a la penetración de fluidos: EN 13795 de elevado rendimiento, o AAMI PB70 con nivel 3 de rendimiento
 **GUANTES**	**500 (5 cajas)**	• Sin polvo. • No estériles. • El puño llega hasta la mitad del antebrazo (mínimo 280 mm de longitud total).	Directiva estándar de la UE 93/42/EEC Class I, directiva estándar de la EU: EN 455 89/686/EEC Class III, EN 374
 **TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL**	**2**	• Termómetro infrarrojo digital LCD monitor de temperatura láser sin contacto con el cuerpo. • Herramienta de medición de termómetro digital para adultos, niños y bebés	
 **BOLSAS PARA RESIDUOS BIOLÓGICOS**	**40**	• Bolsa para residuos biológicos 40x60 cm con el pictograma de • "Biohazard" impreso, de polipropileno, esterilizable en autoclave.	
 **CAJA DE SEGURIDAD CORTO PUNZANTES**	**10**	• Envase resistente a la perforación para recoger y descartar las jeringas y las agujas desechables usadas. • Capacidad: 1,5 litros.	

**Respirador N95 o FPP2: usar de acuerdo a la evaluación de riesgo y de acuerdo a la exposición.

Fuentes y recursos:
Organización Mundial de la Salud (OMS). Lista consolidada de verificación para la preparación frente a la enfermedad por el virus del Ébola. Disponible en: https://iris.who.int/server/api/core/bitstreams/b7a338e1-b1b3-4473-bba5-f1068e4de158/content
Organización Mundial de la Salud (OMS). Caja de herramientas para brotes del virus del Ébola. Actualizado agosto de 2024. Disponible en: https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/ebola-and-marburg-virus-outbreak-toolbox
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Guía sobre equipo de protección personal (EPP) para fiebres hemorrágicas virales. Disponible en: https://www.cdc.gov/viral-hemorrhagic-fevers/hcp/guidance/index.html
National Emerging Special Pathogens Training and Education Center (NETEC). Recursos para la preparación frente a fiebres hemorrágicas virales. Disponible en: https://repository.netecweb.org/items/show/1930